

**ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**  
**TC-99 İLE İŞARETLENEBİLEN RADYOFARMASÖTİK KİTLERİ**  
**(MIBI, MAA, MAG3, MDP, DTPA, DMSA)**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ:**

**Farmasötiklerde aranan ortak özellikler:**

- 1- Tüm maddelerin T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş **“Radyofarmasötik Ürün Tescil Belgesi ve ruhsat başvurusu yapıldığına dair belge ya da ruhsat belgesi”** bulunmalıdır.
- 2- Verilen tekliflerin üzerinde orijinal firma isim ve kod numaraları bulunacaktır.
- 3- Teklifler ile birlikte soğuk kitlerin prospektüsleri ayrıntılı bilgi ile birlikte verilecektir.
- 4- Orijinal paketlerinde gelmeyen ve prospektüsü olmayan malzeme kesinlikle telsim alınmayacaktır.
- 5- Kitler steril ve liyofilize halde olmalıdır.
- 6- Kitlerin içerdiği kimyasal maddeler ve miktarları açık olarak bildirilmelidir.
- 7- Şişe kapakları ve lastik kapak kısımları radyoaktif maddeleri sızdırmayacak özellikte olmalı, birden çok kez iğne ucu girmesi ile hasar görmemelidir.
- 8- Kitlerin maksimum bağlanabileceği Tc99m miktarı ve bağlandıktan sonra in vitro stabilite süreleri net olarak bildirilecektir.
- 9- Kitlerin raf ömürleri teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
- 10- Tarafımızdan özellikle belirtilmedikçe, hiçbir kit monodoz olmayacaktır.
- 11- Tüm firmalar, bölümümüzün elektronik posta ile en çabuk şekilde irtibat kurabileceği bir sisteme sahip olmalıdır.

01.06.2027  
Uzan. Dr. Mehmet Fırtın  
Uzan. Tesc. No  
117 612  
