

IPC /IPS KARTUŞ ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen ürün Patoloji laboratuvarında kullanılan Leica Marka Kaset ve Lam Yazma cihazlarına uyumlu ve orijinal olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün seti içerisinde en az 280 ml mürekkep, 25 adet orijinal kafa temizleme çubugu, 1 adet mürekkep kartusu ve 1 adet Kaset yazma cihazının yazıcı kafasının kurumasını engelleyen metal tutucu aparat üzerine yerleştirilmiş kafa contası olmalıdır.
3. Teklif edilen kartus ile en az 30.000 adet kaset yazma kapasiteli olmalı veya her kartus en az 3 ay kullanılabilmelidir.
4. Teklif edilen ürünlerdeki mürekkep ile yazılan yazılar formalin, alkol, ksilol, parafin ve asetondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.
5. Teklif edilen ürün mürekkebi kaset yazma cihazındaki UV (ultraviyole) ışık altında hemen kuruyacak özellikte olmalıdır.
6. Teklif edilen ürün kaset yazma cihazlarının yazıcı kafa aksamında ve bağlantı hortumlarında kuruma yapmamalıdır, teklif veren firmalar kartustan kaynaklı oluşabilecek arızaların giderilmesini ücretsiz yapacağını yazılı taahhüt etmelidir.
7. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin 2 ay önceden bildirildiğinde daha uzun miadlı olan ürünlerle firma tarafından değişimi sağlamalıdır.
8. Teklif edilen ürün, orijinal ambalajda olmalı ve ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, üretim parti (LOT) ve seri numarası belirtilmelidir.
9. Varsa onaylı ürün (barkod) numaraları teklif ile birlikte sunulmalı ve onaylı ürün numarası ihale sıra numarası ile mutlaka kalemler bazında ilişkilendirilmelidir.
10. Varsa onaylı ürün (barkod) numaraları, ürün ambalajı üzerinde yer almalıdır.
11. Yüklenici firma, ürüne ait marka adı, varsa onaylı ürün (barkod) numarası, üretici firma adı, üretim parti (LOT) ve seri numarası, üretim parti (LOT) numarası bazında miat bilgileri varsa model, firmaya ait malzeme kodu bilgilerini ürün tesliminde yazılı olarak sunmalıdır.

Selami EKİNCİ
Mehmet Akif İNAN
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Patoloji Laboratuvar Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi E.Zeynep TARINI
SBÜ M.Akif İnan SUAM Patoloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 84578