

EKO CİHAZI CİHAZI ONARIM TEKNİK ŞARTMAMESİ

- 1) PHILIPS MARKA HD11 XE MODEL EKO CİHAZINDA GÖRÜNTÜ DE DONMA VE CİHAZ ÇALIŞIRKEN KENDİNİ KAPATMA ARIZASI MEVCUTTUR.
- 2) CİHAZIN ARIZA TESPİTİ YERİNDE YAPILACAKTIR.
- 3) ARIZALI OLAN PARÇA (KART) ONARILABİLİYORSA ONARILACAK ONARILMIYORSA YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLECEK
- 4) PARÇA GARANTİ SÜRESİ BİR YIL OLACAKTIR.
- 5) GARANTİ SÜRESİ BOYUNCA CİHAZ TEKRAR AYNI ARIZAYI VERMESİ DURUMUNDA YÜKLENİCİ FİRMA ÜCRETSİZ OLARAK SERVİS VERECEK VE ARIZAYI GİDERECEKTİR.
- 6) ARIZA TESPİTİNDEN SONRA CİHAZ EN GEÇ 10 İŞGÜNÜ İÇİNDE TÜM FONKSİYONLARI ÇALIŞIR DURUMDA TESLİM EDİLECEKTİR.
- 7) Onarım garantisi süresince cihazların uptime süresi %95 altında olmayacaktır.
- 8) Teklif veren firmalar; teknik hizmet yeterlilik belgelerinden TS13703 veya TS12426 numaralı standartları taşımalıdır.

Ramazan YEKTAŞ
Biomedikal Tekn.
İmza

Ömer Faruk ÖZDEMİR
İmza