

## OTOMATİK PİPET STANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Otomatik pipet standı pipetlerin dikey yönünde pipet ucu takılan tarafları aşağıya doğru gelecek şekilde asılı kalmasını sağlamalıdır.
2. Otomatik pipet standı pipetlerin kolay bir şekilde düşmeden durmalarını sağlamalıdır.
3. Otomatik pipet standı pipetlerin çalışma sırasında kolay alınmasını ve tekrar kolay bir şekilde yerine takılmasını sağlayacak şekilde olmalıdır.
4. Otomatik pipet standına en az üç (3) pipet aynı anda takılabilmelidir.

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜD.  
Laboratuvar İKOOYD MÜDÜRÜ  
M. Fehri KÖKÇÜ