

KVC SÜTUR POLYESTER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polyesterden elde edilen multifilament, sentetik, nonabsorbable, renkli bir dikiş materyali olacaktır.
2. Atravmatik polyester ambalajları, sterilitesini koruyacak şekilde makas veya başka bir alet kullanımını gerektirmeden açılabilir yapıda olacaktır.
3. Çift veya tek orijinal ve steril ambalaj içinde bulunan dikiş materyalinin teknik özellikleri iç ambalajın üzerinde belirtilmiş olacaktır. Ürünün adı ve özellikleri, USP ve EP (metrik) numaraları, iplik uzunluğu, iğne boyu, iğne tipi, iğne gövde yapısı, üretici firmanın adı, adresi, imal seri numarası, sterilizasyon metodu, tarihi, son kullanma tarihi, ürün kod numarası açıkça belirtilmiş olacaktır. Dış poşette yer alan bilgiler karton iç pakette de aynen yer almalıdır.
4. İpliğe bağlı iğneler paslanmaz çelikten kullanım esnasında minimum travma edici ve deforme olmayan yapıda olacaktır. İğneler dokudan çok rahat geçmeli, güçlü olmalıdır. İğne, kalsifiye dokularda rahatlıkla kullanılmalıdır. İğne ucu diamond shaped olmalıdır, gövde tamamen yuvarlak olmalıdır. Kırılmaya karşı dirençli olmalıdır, Özel alaşım (krom-nikel) olmalı ve bunu iğne üreticisi firma tarafından belgelemelidir.
5. İğnenin yüzeyi pürüzsüz olmalı, portegü ile tutulduğunda ezilmemelidir. İğnenin iplikle bağlantı bölgesinde geçiş deliğini büyütecek düzeyde genişleme olmamalıdır. İğne iplik uyumu 1e1 olmalıdır. İğne keskinliğini/sivrilikliğini kullanımı süresince devam ettirmelidir.
6. Sütür materyali paketten çıkarılırken rahat ve dolanmadan çıkarılabilir, rahat geçiş ve düğümlemeyi sağlamak için yeterli kayganlıkta olmalıdır. Bağlama sırasında kolay kopmamalı ve deforme olmamalıdır. İplik silikon yada polibutilate kaplı olmalıdır.
7. Firma ihale sırasında en az 4 adet numune getirecek, numuneler ameliyathanede test edilecek ve uygun olmayanlar ihale dışı tutulacaktır.
8. Sütürler plejitli olacak ve plejit çabuk deforme olmayan, tiftiklenmeyen şekilde olmalı ve basınca dayanıklı olmalıdır.
9. Paketli istenen ürünler 10-12 adet paketlerde muhafaza edilmeli, yeşil beyaz karışık yada eşit oranda yeşil beyaz paket olarak teslim edilmelidir.

Op.Dr. Cevat HURAN AKIT
Mehmet Akif Ersoy E.A.H
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Tel: 0312 221 188697

Op.Dr. Mustafa BAĞIŞ
Mehmet Akif Ersoy E.A.H
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Tel: 0312 221 188697

Op.Dr. Mustafa BAĞIŞ
Mehmet Akif Ersoy E.A.H
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Tel: 0312 221 188697
Diploma Tablosu No: 13544