

N95 MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

FFP3/FFP2/N95 Maske;

- A) Maskeler TS EN 149+A1 (EN 149:2001+A1:2009) standardına veya muadili olan diğer standartlara (NIOSH 42 CFR part 84 vb.) uygun olmalıdır.
- B) Onaylanmış kuruluşça düzenlenmiş yakın tarihli test raporları olmalı.
- C) Kõdruma seviyesi FFP2/FFP3 veya muadili (N95/N99 vb.) olmalıdır.
- D) Kafa bantları ve burun mandalı kullanım açısından kolay olmalı.
- E) Maskelerin başa uygunluk bantları poliizopren, burun mandalı alüminyum, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.
- F) Üzerinde soluk verme valfi (ventil) bulunmamalıdır.
- G) Lateks içermemelidir.
- H) Nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çõkmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne geçici tasarıma sahip olmalıdır.
- İ) Maskenin standardı ve kategorisi okunabilir olmalıdır.
- J) Kutuların üzerinde saklama sıcaklığı, nemliliği ve raf ömrü yazılı olmalıdır.
- K) TS EN 149+A1 standardına uygun ürün sunulduğu durumda ürün; 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliği (2016/425 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü) hükümlerine uygun olmalı, CE işareti ile Türkçe kullanım kılavuzu taşınmalıdır. (Anılan Yönetmeliğe göre onaylanmış kuruluşça düzenlenmiş AB Tip İnceleme Belgesi ve test raporları sunulacaktır.) Diğer standartlara uygun ürün sunulacak ise ürüne ait mümkün olduğunca yakın tarihli test raporları ve ürünün güvenli olduğunu kanıtlayan diğer belgeler sunulacaktır.
- L) Ürün numunesi değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

Üretim tarihi/miadı*	Malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olmalıdır. Malzemenin tesliminden sonra kurumda kullanımı esnasında son kullanma tarihine 3 ay kala olan malzemeler yeni miadlı malzemelerle değiştirilmelidir.
----------------------	---

*Tıbbi sarf, ilaçlar ve miadlı diğer malzeler için geçerlidir.