

### 31. AMELİYAT BONESİ BAĞCIKSIZ

- 31.1 Yırtılmaya dayanıklı, nonwovenspunbond materyalden üretilmiş olmalıdır.
- 31.2 30 gr/m<sup>2</sup> ağırlığında olmalıdır.
- 31.3 Hava geçirgenliği sağlamalı, delikli görünüm oluşturmamalı, terletmemeli, yumuşak ve ter emici özellikte olmalıdır.
- 31.4 Saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutmalıdır.
- 31.5 Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemelidir.
- 31.6 Antialerjik olmalıdır. Ek yeri cildi tahriş etmemelidir.
- 31.7 Kepte yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalı, esnetildiğinde birleşme yerlerinden ayrılmamalı, kopmamalıdır.
- 31.8 Üst ve kenar olmak üzere ultrasonik dikişle dikilmeli, dikiş başlangıcı ve sonu kolayca sökülmemelidir.
- 31.9 Bone büyüklüğü, saçı dışarıda bırakmayacak, kulak üzerini kapatacak boyutlarda olmalıdır.
- 31.10 Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından istekli firmaların orijinal ambalajında 1 (bir) paket numune teslim etmesi gerekmektedir.

### 32. AMELİYAT BONESİ BAĞCIKSIZ

- 32.1 Yırtılmaya dayanıklı, nonwovenspunbond materyalden üretilmiş olmalıdır.
- 32.2 30 gr/m<sup>2</sup> ağırlığında olmalıdır.
- 32.3 Hava geçirgenliği sağlamalı, delikli görünüm oluşturmamalı, terletmemeli, yumuşak ve ter emici özellikte olmalıdır.
- 32.4 Saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutmalıdır.
- 32.5 Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemelidir.
- 32.6 Antialerjik olmalıdır. Ek yeri cildi tahriş etmemelidir.
- 32.7 Kepte yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalı, esnetildiğinde birleşme yerlerinden ayrılmamalı, kopmamalıdır.
- 32.8 Üst ve kenar olmak üzere ultrasonik dikişle dikilmeli, dikiş başlangıcı ve sonu kolayca sökülmemelidir.
- 32.9 Bone büyüklüğü, saçı dışarıda bırakmayacak, kulak üzerini kapatacak boyutlarda olmalıdır.

Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından istekli firmaların orijinal ambalajında 1 (bir) paket numune teslim etmesi gerekmektedir

**Nurettin DEMİR**  
Milliyetçi Halkın Partisi  
Bilgi Sorumlusu