

Polisomnografi Cihazı SPO2 Ölçüm Probu Kablo Toplayıcı

1. Hastanın parmağına takılarak kandaki oksijen saturasyonu'nun ölçülmesini sağlamalıdır.
2. Çok kullanımlık olmalıdır.
3. 'COMPMEDICS' marka psg cihazına uygun olup mevcut sistemimizde hastanın SPO2 değerini görüntüleyebilmemiz gerekmektedir.
4. Sensör kablo uzunluğu en az 150 cm olmalıdır.
5. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı UBB kaydı olmalıdır.
6. Uyku laboratuvarında kurulu mevcut sistem ile uyumlu olmalıdır.

Yusuif Çelikk

Ş.Urfa Mahallesi İnanç Eğitim Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü Yard.

Garanti şartları: Olası imalat hatalarına karşı matzemelerin depo tesliminden sonra en az 1(bir) yıl garantili olması gerekmektedir.

4

Şanlıurfa İnanç Eğitim Hastanesi
UZ.DR. **Yusuif Çelikk**
DİŞİ NO: 95246
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Polisomnografi Cihazı Horlama Sensörü Mikrofonlu Teknik Şartnamesi

1. Hastanın horlamasını algılayarak polisomnografi yazılımına grafik olarak aktarmalıdır.
2. Boğaz kısmındaki Adem Elması kısmına bantla sabitlenebilmelidir.
3. Uyku cihazına bağlantısı için DIN tipi iki adet çıkışı bulunmalıdır.
4. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı UBB kaydı olmalıdır.
5. Uyku laboratuvarında mevcut sistem ile uyumlu çalışmalıdır.

YUSUF ÇEKİK

Şifa M. Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İdari Mali İşler Müdür Yard.

Garanti şartları: Olası imalat hatalarına karşılı malzemelerin depo tesliminden sonra en az 1 (bir) yıl garantili olması gerekmektedir.

4

Şanlıurfa M. Akif İnan E.A. Hastanesi
Uz.Dr. Mustafa HAS
Dip. No: 2246
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

EEG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EEG elektrotları mevcut uyku laboratuvarında kullanılabilicek özellikte olmalıdır.
2. EEG elektrotlarının boyu en az 150cm olmalıdır.
3. Elektrotlar altın kaplama olmalı, böylece veri iletimi en iyi şekilde sağlanabilmelidir.
4. Elektrotlar değişik renk kodlarından oluşmalıdır.
5. EEG elektrotları her kullanımdan sonra temizlenerek yeniden kullanılabilir özellikte olmalıdır.
6. Elektrotlar alkol ile dezenfekte edilebilmelidir.
7. Orijinal ambalajında 12'lik kutular halinde olmalıdır.
8. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı UBB kaydı olmalıdır.
9. Uyku laboratuvarında kurulu mevcut sistem ile uyumlu çalışabilmelidir.

YUSUF SELİK

Şifalı M. Akif İncip, Sağlık ve Araştırma Hastanesi
İdari Mali İşler Müdür Yard.

Garanti şartları: Ojasi imalat hatalarına karşı malzemelerin depo tesliminden sonra en az 1(bir) yıl garantili olması gerekmektedir.

Şanlıurfa M. Akif İncip E.A. Hastanesi
UZ.DR. İBRAHİM MAS
Dip. No: 07/0246
Göğüs Hastalıkları Uzmanı