

SCHİLLER MARKA CS-200 MODEL EFORLU EKG CİHAZI
ANAKART TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Schiller marka CS-200 model eforlu ekg cihazına uygun olmalıdır.
2. Cihazın orijinal yedek parçası olmalıdır.
3. Ana kart orijinal ambalajında olmalıdır.
4. Kartın montaj sonrası cihaz üstünde kontrolü yapılacak, cihazın tüm fonksiyonlarını bozmayacak ve çalışır durumda olacaktır.
5. Teklif edilen ürün kalite belgelerine (TSE, CE vb.) haiz olmalıdır.
6. Teklif edilen ürün UBB'ye kayıtlı ise teklifte UBB kodu belirtilmelidir.
7. Nakliye yükleniciye aittir.
8. Ürünün montajı hastanemiz tıbbi cihaz birimi tarafından yapılacaktır.
(Montaj hariçtir.)
9. Teklif edilen ürün en az 6 ay garantili olmalıdır.

Bekir ÖZDEMİR
Ş.Drta MAKİF İNAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Elektronik Teknisyeni

Şule TAŞALAN
Hemşire