

2 PARÇALI PENİL PROTEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürünün tamamı vücut ile uyumlu silikondan imal edilmiş olmalı.

Peyroni hastalarında da kolaylıkla kullanılabilenlidir.

Ürün deflate halde iken kıvrılma yapmamalıdır. Ucları yuvarlatılmış olacaktır.

2 parçadan oluşmalı.Silindirler + Pompa olmalıdır.

Ürünün içinde pompa yardımı ile silindirleri dolduran sıvı olmalı.

Söndürme işlemi silindirleri aşağıya bükerek basit el becerisi ile olmalı.

Ürün ambalajından implante edilmeye hazır bir şekilde çıkmalı herhangi bir hazırlık işlemi gerektirmemelidir.

Ürün boyları 14cm-16cm-18cm şeklinde olmalı.

Her iki protezi ara boylara uzatabilecek: 3 cm-2cm-1 cm-0.5cm uzatma parçaları olmalı.

Ürün UBB kayıtlı olmalıdır.

Op.Dr. Engin ÖZBAY
Sankurba Mehmet Akif İnan
Eğilim Araştırma Hastanesi
Üroloji Uzmanı
Tesc.No.: 89030

Dr. Öğr. Üyesi Halil Ferat ÖNCEL
SBÜ Ş.Urfa Mehmet Akif İnan SUAM
Üroloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 120700 - İl.Tes.No: 95096

Op. Dr. İsmail KARLIDAĞ
Sankurba Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi
Üroloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 110738