

ÖNLÜK NONSTERİL YETİŞKİN (TEK KULLANIMLIK)

1. Önlük materyali, 50-60 gr/m² hava geçirgen ve teri emebilen medikal non-woven den üretilmiş olup tek kullanımlık olmalıdır.
2. İstenilen bedenlerde üretilen önlükler, kullanıcıyı rahatsız etmeyecek biçimde yumuşak olmalı ve terletmemeli, önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtünmeyle cildi tahriş etmeyen, yumuşak kumaş, biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
3. Büyük beden (XL-XXL) ve boyun en az 140 cm olmalıdır.
4. Önlük, dış bağcıklarının bağlama esnasında, bağcıklar çekince hemen kopmamalıdır.
5. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı ve kısa kollu olmamalıdır.
6. Önlüğün dikiş yerleri yeterince sağlam olup, beden hareketleri ile açılmamalıdır.
7. Kuşak uzunlukları 60-70 cm olmalıdır.
8. Hasta önlüğü materyali, kesinlikle iç göstermeyen non-transparan materyalden üretilmiş olmalı, koyu renkler tercih edilmelidir.
9. Önlüğün bilek kısmı lastikli olmalıdır ve lastik kısmı bileği fazla sıkmamalı.
10. Önlükler tekli paketlerde olmalı ve kutular en fazla 100'lük olmalıdır.
11. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Hüseyin SULAĞAÇ
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Tıbbi Sarf Malzeme Birimi



Sanliurfa M. Akif İnan ve Arş. Hastane
NURAY AĞAÇLI
Eczacı

