

BUHAR İNDİKATÖRLÜ ÇİFT SATIRLI DÖKÜMANTASYON ETİKETİ ŞARTNAMESİ

- Etiket üzerindeki işlem görmemiş buhar indikatörü ile işlem sonrası buhar indikatörü arasında belirgin renk farklılığı olmalıdır.
- Etiket üzerindeki indikatör ISO 11140-1 standardına göre Type 1 (Class 1) olmalıdır ve her bir strip üzerinde yazmalıdır.
- Etiketler çift yapışkanlı ve iki satırlı olmalıdır. Yapışkanı kuvvetli olmalı paketlerin üzerinden düşmemelidir ihale öncesinde ürün numuneleri denenerek uygunluk verilecektir.
- Etiket üzerine operatör adı, sterilizatör numarası, yükleme numarası, malzeme kodu üretim tarihi, son kullanma tarihi yazılabilmelidir.
- Her ruloda en az 750 adet etiket bulunmalıdır.
- Etiket üzerinde hangi sterilizasyon yöntemine ait olduğunu belirtilmelidir.
- Çift katlı etiketin pakette kalacak olan alt tabakası hasta kartına kolay transferi için etiketten büyük olmalıdır.
- Etiket üzerinde EN980 karakterli işaretçiler bulunmalıdır. (Üretim Son kullanma vs.)
- Etiketler takılmadan düzgün şekilde yapıştırılmalı, yapıştırıldıkları yüzeyde atık bırakmamalıdır.
- Etiket, cihazına kolayca takılabilmelidir.
- Üretici firmanın ISO 13485 kalite belgesi olmalı ve bu ihale dosyasında sunulmalıdır.
- Her 12 adet rulo için yedek yazıcı kartuş bulunmalıdır.
- Yüklenici firma aşağıda özellikleri belirtilen yazıcı tabancalardan 2 adet verecektir.
- Dökümantasyon etiketi yazıcı tabancası ergonomik bir dizayna sahip olmalı kolay tutulabilmelidir.
- Cihaz iki sıralı en az 9 karakter yazmalıdır.
- Yazılacak harf ve rakamların karşılığı alfabe cihaz üzerinde olmalıdır.
- Cihaza monte en az 20.000 basım kartuşu olmalıdır. Kartuş değişimi teknik servis gerektirmeden kolayca değiştirilebilmelidir.
- Baskı esnasında kimyasal indikatörün üzerine yazı yazmamalıdır.
- Yazılan karakterleri etiketin üzerinde yukarı aşağı kaymasını önleyici kontrol özelliği olmalıdır.

Arzu SEYMEN
Mikrobiyoloji Birim Sorumlusu

M. TATLI
Hemşire