

DEFİBRİLATÖR BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen batarya hastane bünyesinde kullanılan Nihon Kohden Marka TEC-5521K model Defibrilatöre uyumlu olmalı ve sorunsuz çalışabilmelidir.
2. Cihaz bataryası 12V-3300 mAh gücünde olmalıdır.
3. Batarya üzerinde CE belgesi olmalıdır.
4. Batarya üzerinde firma bilgileri, batarya özellikleri, üretim tarihi, tehlikeli kullanım durumları v.b. durumları gösteren bilgiler bulunmalıdır.
5. Bataryalar en az 1 yıl garantili olmalıdır.
6. Tam şarj olmuş batarya ile en az 40 şoklama yapılabilinmelidir.
7. Batarya şarj dolum süresi en fazla 6 saat olmalıdır.
8. Batarya orijinal ambalajında olmalıdır.
9. Ürünün üretim tarihi hastaneye teslim tarihinden en fazla 2 ay geç olmalıdır.
10. Numune görülecek kullanıcı birim ve hastane klinik mühendisliği birimlerince uygunluk verilecektir.
11. Nakliye yükleniciye aittir.
12. Ürünün teslimat adresi mehmet akif inan eğitim ve araştırma hastanesi esentepe mahallesi ertugrul caddesi karaköprü / Şanlıurfa biyomedikal depo dikkatine gönderilecektir.

Ramazan YEKTAŞ
Şanlıurfa M. Akif İNAN E. A. H.
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

Mehmet BİÇMİTÇİ
Sorumlu Hemşire

Ömer Faruk ÖZDEMİR
Koordinatör