

DISPOSABLE ENDOSKOPİK AĞIZLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Endoskopik ağızlık esnek yapıda olmalıdır.
2. Hassas hastalarda kullanılmak üzere latex içermemelidir.
3. Endoskopik ağızlık tek kullanımlık olmalıdır.
4. Tek kullanımlık endoskopik ağızlık bantlı veya bantsız modellerde seçilebilir özellikte olmalıdır.
5. Ağız ve diş problemi olan hastalarda kullanılmak üzere diş koruyucu parçalı (dental retention rim) veya parçasız olmak üzere değişik hasta gruplarına hitap edecek şekilde seçenekli olmalıdır.
6. Değişik yaş gruplarındaki hastalara uygulanacak şekilde 38 F, 48 F ve 60 F olmak üzere farklı ölçülerde seçilebilmelidir.
7. Malzemeler orijinal ambalajlarında yer almalıdır.

Uzm. Dr. Alp KATASOY
S.B.Ü S.Ürfa Tıp Fakültesi İnan E.A.H
İç Hast. ve Hastalıkları Bilim Dalı Uzmanı
Dip. Tesc. No: 117820 138870