

## KARDİOSİS MARKA EFOR CİHAZI EFOR ÇIKTI KÂĞIDININ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tekli nüsha şeklinde yazıcıda yazdırılmak üzere kullanılan şekilde olmalıdır(Z şeklinde değil )
2. Ebatları A4 boyutunda A4 kâğıdının aynısıdır
3. Kâğıt cinsi A4 kâğıdının cinsindedir
4. Kaliteli kalın kâğıttan imal olmalıdır
5. Kâğıdın ön kısmı komple kareli arka kısmı beyaz olmalıdır
6. 500 adetlik paket halinde olmalıdır
7. Hastanemizde bulunan kardiosis marka efor cihazına uyumlu olmalıdır
8. Örnek nüsha arka sayfada olup aynısının olması gerekmektedir
9. Numune verilmeli numuneye göre değerlendirme yapılmalıdır

Ömer Faruk ÖZDEMİR  
Kardiyoloji

Ramazan TEKTAŞ  
Biyomedikal Tekn.  
Rm

Nese Gül BOZKURT  
N Kaaym  
Hemşire