

ETİLEN OKSİT GAZ KARTUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kartuşlar t p Őeklinde olmalıdır.
- 2- Kartuşlar hastanemizde mevcut etilen oksit gaz sterilizat r ne uygun olmalıdır.
- 3- T pler %100 etilen oksit gazı i ermelidir.
- 4- T plerin i indeki gaz net 100 gr olmalıdır.
- 5- Kartuşların ađzı sızdırmaz contalı olmalı ve EPA (D nya Etilen Oksit  evre Koruma B rosu) 'dan numaralandırılmıŐ olmalıdır. Bu numara kartuşun  zerinde yazılı olmalıdır.
- 6- Raf  mr  teslim edildikten sonra en az 3 yıl olmalıdır.
- 7- Kartuşlar orijinal ambalaj/kutusunda, g venli olarak teslim edilmelidir.
- 8- Teklif veren firma tarafından teslim edilen numune  r n n uygunluđu Sterilizasyon  nitesinde deđerlendirilecektir.

Mehmet BI AK
Hemire

M. Emir AKKUŐ
Ameliyathane Birim Sorumlusu

Op. Dr. Ferudun KAYA
Ő.Urfa M. Akif İnan Eđitim ve AraŐtırma Hastanesi
Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tescil No: 111776/126682

Op. Dr. Fatih ASLAN
Ő.Urfa M. Akif İnan Eđit. ve AraŐt. Hastane #
Cerrahi Onkoloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 145544

Op. Dr. Ahmet Muveddin CENGİZ
Ő.Urfa M. Akif İnan Eđitim ve AraŐtırma Hastanesi
Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tescil No: 1102443 / 86912 / 128567