

## Y KONNEKTÖR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ.

1. Hemostatik valf seti içerisinde Y konnektör, giriş iğnesi ve torquer (döndürücü) parçalardan oluşacaktır.
2. Y konnektör, kan akımını gösterir şeffaf plastikten yapılmış olacaktır.
3. Y Konnektör, iç lümen çapı 9F olmalıdır
4. Fiske edilmiş bağlantı hattı en az 25cm olmalıdır. 50cm lik seçeneği de bulunmalıdır.
5. İt-Çek(Otomatik) prensibi ile çalışmalıdır.
6. Uç kısmı rotating adaptörlü luerlock ve yan giriş ucu luerlock olacaktır.
7. Hemostaz valfi kan çıkışına engel olurken, içinden gönderilen mikrokaterin rahatça kullanılmasına olanak verecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
8. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olacaktır.
9. 0,014 tel Torquer tarafından kolay kavranmalı ve kolay serbest hale getirilebilmeli
10. İhalede en geç 1 gün önce 3 adet numune bölüme teslim tutanağı karşısında teslim edilecek, ihale sürecinde bölüm tarafından kullanılıp değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11. Satın alınan malzeme kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.
12. Ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı 2010/11 sayılı genelgesi gereği Türkiye İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB)Ürün Takip Sistemi(ÜTS) kayıtlı olmak zorundadır.

Kardiyolog  
**Mustafa APPLANGÖRAY**  
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Dip.No: 120789 - Dip.Tes.No: 81379

**Uzm.Dr. Ahmet GÜNEŞ**  
Ş.Urfa M. Akif İnan Eğitim ve Araş. Hastanesi  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip.Tesaj No:91650

**Uzm. Dr. Yusuf ÇEKİCİ**  
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. No. 78200 Tes. No. 113274