


TRANSEPTAL BRK. NEEDLE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek Transseptal Brk. Needle, transseptal girişimlerde (Perkütan Mitral Valvuloplasti, Hemodinamik ve Elektrofizyolojik çalışmalar vs.) sol atriuma septumu delerek geçişi (Septostomy) mümkün kılabilirmeli, böylece diagnostik veya tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.
2. Her bir set bir adet needle ve bir adet paslanmaz çelikden yapılmış Stylet'dan oluşmalıdır.
3. Verilecek needle 71 (yetmişbir) cm uzunluk ve 18 (onsekiz) gauge çapında olmalıdır.
4. Her bir needle üzerinde kıvrık ucun yönünü gösteren pointer'a sahip olmalıdır
5. Malzemeler steril orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.


Lektor Öğretim Üyesi Becht Kaner - 34.112
Sarımsak Mehmet Akif İnan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Erişim No: 1017232


Uzm. Dr. Sami DİNÇ
Sarımsak Mehmet Akif İnan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Erişim No: 1017232


Uzm. Dr. Sami DİNÇ
Sarımsak Mehmet Akif İnan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Erişim No: 1017232

MİTRAL VALVULOPLASTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Balon Mitral Valvuloplasti Kateter setleri 24mm, 26mm, 28mm ve 30mm ebatlarında seçeneklere sahip olmalıdır.
2. Tek tek steril orijinal ambalajlarda paketlenmiş olacak , disposable olacak , üzerinde son kullanma tarihi olacak , sterilizasyon tipi ve özelliği paket üzerinde belirtilmiş olacaktır.
3. CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktır. Ürünün üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde CE işareti bulunacaktır.
4. En az 1 yıl sterilizasyon tarihine sahip olacak. Ancak firma depoda bulunan , teslim edilmiş ürünün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunları kullanım süresi 1(bir) yıl olan yeni ürün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
5. Bölüm talep ederse teslimat sonrası firma balonların istenen boyutta değişimini yapmayı garanti etmelidir.
6. Balon kateteri mitral kapakta şişirilip geri inmemesi durumunda gerdirildiğinde kendi kendine inerek kapaktan ve septumdan güvenli bir şekilde geri çıkartılabilmesi için balon üzerinde en az iki küçük kontrast madde güvenlik çıkışı deliği bulunmalıdır.
7. Seti ile birlikte ;
 - 1) Balon Gerdirme Tüpü (Stretching Tube): 1.2mm. genişliğinde, 80 cm uzunluğunda olmalıdır.
 - 2) Balon Kateteri: 12F genişliğinde, 70cm uzunluğunda olmalıdır.
 - 3) Dilatör: 14F genişliğinde 65-75cm uzunluğunda olmalıdır.
 - 4) Guidewire: 0.025 inch genişliğinde 170-180cm uzunluğunda olmalıdır.
 - 5) Stylet: 0.038 inch genişliğinde, 70-90 cm uzunlukta olmalıdır.
 - 6) Şırınga: Balon ebadında özel kademelendirilmiş olmalıdır. Volume 30mm olmalıdır.
 - 7) Ruler: Balon genişliğinin ölçümünde kullanılacaktır.

*Eskon Üretim Üyesi Beatrix Galben, M.
Sarıhırlı Mehmet Akif İnanı Eğitim
Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı
Disiplin Tesat. No: 100754*

*Uzm. Dr. Emrah YILMAZ
Sarıhırlı Mehmet Akif İnanı Eğitim
Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı
Disiplin Tesat. No: 100754*

*Uzm. Dr. Salih BİNGÖL
Sarıhırlı Mehmet Akif İnanı Eğitim
Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı
Disiplin Tesat. No: 100754*

TRANSSEPTAL GUIDING INTRODUCER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek Transseptal Introducer, transseptal girişimlerde (Perkütan Mitral Valvuloplasti, Hemodinamik ve Elektrofizyolojik çalışmalar vs.) sol atriumda diagnostik veya tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.
2. Verilecek malzeme 71 (yetmişbir) cm uzunluk ve 18 (onsekiz) gauge çapında Brokenbrough (BRK™) serisi Transseptal Needle ile uyumlu olmalıdır.
3. Verilecek malzeme 63 (altmışüç) cm uzunluğunda olmalı ve kullanılabilir maksimum GuideWire çapı 0.032" (sıfırnoktasıfırotuziki inç) olmalıdır.
4. 8,5 F dilatörünün uzunluğu 67 (altmışyedi) cm olmalıdır.
5. Introducerların uç kısımları anterior planda öne doğru 45° açıyla, bir yarım çember şeklini almalı ve markırı w/Tip olmalıdır.
6. Malzemeler steril orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.

Uzm. Dr. Mehmet Akif İnan
Sarıyerde Eğitim Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Diyadinin No: 103723

Uzm. Dr. Edhem DİVEC
Sarıyerde Eğitim Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Tescilli No: 103723

Uzm. Dr. Salih ENGİN
Sarıyerde Eğitim Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Tescilli No: 103723