


▪ **BİO EMİLEBİLİR PİN TEKNİK ŞARTNAMESİ (TV:5680)**

- Üretim maddesi PLLA-PDLLA (PLDLA) imal edilmiş olmalıdır.
- Düz ve tam eksen yiv seçeneği olmalıdır.
- Düz pinler için 2,0mm çap ve 40mm-50mm-60mm boy seçeneği olmalıdır.
- Gama steril çift kat karton kutuda kullanıma hazır olmalıdır.
- Pinlerin tasarımı uygulamayı kolaylaştırmalı ve minimal invaziv kullanılabilmelidir
- Ürün vücutta herhangi bir reaksiyona yol açmamalıdır
- Ürün optimum sürede erimelidir
- Ürün radyolojik olarak görülebilmeli ve MR uyumlu olmalıdır
- 2 yıl içinde tamamen erimeli ve yerini kemik dokuya bırakmalıdır


Dr. Mustafa ÜNAL
Ünvanı: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. No: 1463 - Tesc. No: 160773