

DİJİTAL TANSİYON ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) DÜZENSİZ NABİZ ATIŞINI YAKALAMALIDIR.
- 2) TANSİYON ÖLÇÜM ARALIĞI 0-299 mmHG OLMALI
- 3) NABİZ ÖLÇÜM ARALIĞI 40-180 atış/dk. OLMALI
- 4) ÖÇÜM ESNASINDA ÖLÇÜMÜ ETKİLEYEBİLECEK HAREKET YAPILDIĞINDA ÖLÇÜM SONUÇUNDA UYARMALIDIR.
- 5) 22-42 CM CEVRESİNDEKİ KOLLARA UYUMLU MAŞETİ OLMALIDIR.
- 6) LCD DİJİTAL EK RANI OLAMALIDIR.
- 7) BATARYASI OLMALIDIR
- 8) ADAPTÖRLÜ KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.
- 9) MAŞET BASINCINI VE HAVA İNDİRME HIZINI KİŞİNİN TANSİYONUNA GÖRE OTOMATİK OLARAK AYARLAYABİLMELİDİR.
- 10) HAFIZA TARİH VE SAATİ GÖSTERMELİDİR.
- 11) CİHAZIN TAŞIMA AYAKLARI OLMALIDIR. .
- 12) 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
- 13) TSE VE CE BELGESİ OLMALIDIR.
- 14) .KARGO FİRMAYA AİTTİR.
- 15) ÜRÜNÜN TESLİMAT ADRESİ MEHMET AKİF İNAN EGİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HALİLİYE EK BİNADIR.

Ramazan TEKTAS
Biyomedikal Tekn
Elin

Ömer Faruk ÖZDEMİR
Kontrolör
Elin