

5 LEAD EKG (RİTİM) HOLTER KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kablo 5 leadli çıt çıt yapıda olmalıdır.
2. Kabloların leadleri renk kodlu olmalıdır.
3. Kablo karışıklığını önlemek için cihaz üzerine tek giriş şeklinde olmalıdır.
4. Teklif edilecek kablolar hastane bünyesinde bulunan mevcut holter cihazıyla uyumlu olmalıdır.
5. Fabrika hatalarına karşı garanti olmalıdır cihaza montajdan sonra ritim kablosunun çalışmaması durumunda yüklenici firma ücretsiz olarak değişim yapacaktır.
6. Kargo yüklenici firmaya aittir.
7. Ürünün teslimat adresi mehmet akif inan eğitim ve araştırma hastanesi haliliye ekbinadır.

Ramazan VEKTA
Sanlıurfa M. Akif İNAN
Biyomedikal Cihaz

M. Suphi AYDIN
Elektrik Teknisyeni
Sanlıurfa M. Akif İNAN
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ömer Faruk ÖZDEMİR
Koordinatör

Nese Gül BOZKURT

N. Karavuldu