

SODYUM HEPARİNLİ VAKUMLU VENÖZ KAN TÜPÜ 13X100, TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.VAKUMLU VENÖZ KAN ALIMINI İÇİN KULLANILAN SETLERE UYGUN OLMALI
- 2.TÜM TÜPLER STERİL OLMALI
- 3.TÜPLER 100 ADET İÇEREN ŞEKİLDE PAKETLENMİŞ OLMALI
- 4.TÜPLER ENAZ 4 ML , EN ÇOK 6 ML İÇERECEK ŞEKİLDE OLMALI
- 5.TÜPLER YEŞİL KAPAKLI OLMALI
- 6.ÜZERLERİNDE SON KULLANMA TARİHİ, MARKASI , CE BELGESİ VE İÇERDİĞİ HEPARİN MİKTARI BELİRTİLMİŞ OLMALI
- 7.SON KULLANMA TARİHİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 1 YIL OLMALI
- 8.İÇERMİŞ OLDUĞU HEPARİN SODYUM HEPARİN OLMALI VE MİKTARI 17IU/ML OLMALI. SODYUM HEPARİND DİŞİNDA DİĞER HEPARİN TÜRLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR.
- 9.İLGİLİ FİRMA NUMUNE TESLİMİ YAPMALIDIR
- 10.İLGİLİ FİRMA TESLİM ETMİŞ OLDUĞU TÜPLERDE ORTAYA ÇIKABİLECEK BİR SORUNDA TÜM TÜPLERİ GERİ ALMAYI TAAHÜT ETMELİDİR

Uzm. Dr. Murat ÇINARSOY
Ş.Urfa M. Akif Han
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları Hematoloji Uzmanı
Dip. Tesit No: 110983