

**DR-RAD MARKA X6-B MODEL MOBİL DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI**  
**AKÜ ŞARJ KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. DR-RAD MARKA X6-B model mobil dijital röntgen cihazına uygun olmalıdır.
2. Cihazın orijinal yedek parçası olmalıdır.
3. Ana kart orijinal ambalajında olmalıdır.
4. Kartın montaj sonrası cihaz üstünde kontrolü yapılacak, cihazın tüm fonksiyonlarını bozmayacak ve çalışır durumda olacaktır.
5. Teklif edilen ürün kalite belgelerine (TSE, CE vb.) haiz olmalıdır.
6. Teklif edilen ürün UBB' ye kayıtlı ise teklif de UBB kodu belirtilmelidir.
7. Nakliye yükleniciye aittir.
8. Ürünün montajı yükleniciye aittir.
9. Teklif edilen ürün en az 6 ay garantili olmalıdır.

**Bekir ÖZDEMİR**  
S. H. M. Akılınan Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Elektronik Teknisyeni

**İbrahim H. COBAN**  
S. H. M. Akılınan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Radyoloji Birim Sorumlusu