

## POSTERIOR TORAKOLOMBER DÜŞÜK PROFİLLİ SPİNAL STABİLİZASYON SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

1. İmplantlar titanyum materyalden imal edilmiş olmalıdır.
2. Sistem transpediküler sabit başlıklı (monoaksial), açılabilir başlıklı (poliaksial) Standard ve monoaxial listhesis, polyaxial listhesis vidaları, açılabilir genişleyebilen vidalar ve kanüllü vidalar, transvers ve bağlantı rodlarından oluşmuş olmalıdır.
3. Sistemde (tüm sisteme uygun ve sistem vida çap ve boylarında) ayrıca uçları çentikli(self drilling) olmayan vida bulunmalıdır.
4. **TRANSPEDİKÜLER VİDALAR:**
  - a) Vida çapları: hem monoaksial, hem de poliaksial olarak 3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,2-6,5-7,0-7,5-8,0mm. Çaplarında olmalıdır.
  - b) Vida boyları: monoaksial olarak 25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80 mm Poliaksial olarak 25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80 mm boylarında olmalıdır.
  - c) Listhesis vidaları: monoaksial ve poliaksial olarak 3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,2-6,5-7,0-7,5-8,0mm.çapında, monoaksial ve poliaksial olarak 25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80mm boylarında olmalıdır.
  - d) Poliaksial vidalar 360 derece rotasyon,40 derece deviasyon yapabilmelidir.
  - e) Vidalar self tapping dişli olmalıdır.
  - f) Set içerisinde Domino Connector bulunmalıdır.
  - g) Domino connector ise tekli ve çiftli olmak üzere iki tip olmalıdır.
  - h) Dominolar 5,5mm ve 6,0mm rodlara uyumlu olmalıdır ve sistem içinde bulundurulmalıdır.
  - i) U Vida başlarının her iki yanında rod bağlantısı sırasında özel aletleri ile güçlü yakalamayı sağlayacak çentik ve nokta girintiler olmalı.
  - j) Taşıma tepsisi içinde çap ayırımı kolaylaştırmak üzere her çaptaki vida başı ayrı renklerde renklendirilmiş olmalıdır.
  - k) Tüm vida ve rod kilitleme sistemleri üstten olmalıdır.
  - l) Vida kilit mekanizması tek parça olup,(Tapered Lock) eş zamanlı kilitleme ile hem oynar başı hem de rodu aynı anda kilitlemeli olmalıdır.
  - m) Poliaksiyal vidaların tornavida başlığı hegzagonal olmalıdır.
  - n) Vidalar çift hatveli ve düşük profilli olmalıdır maksimum 14,90mm olmalıdır.
  - o) Tutunumu arttırmak için vidanın yiv adımları 3,1mm olmalı,yiv derinliği 1.6mm' olmalıdır.
6. **TİTANYUM RODLAR :**
  - a) Rod çapı 5,5 mm ve 6,0 mm olmalıdır.
  - b) Rod uzunlukları 40mm den başlayıp 500 mm ye kadar 5 er mm artarak bulunmalıdır.
  - c) Rodların iki ucu rotasyonu kolaylaştırmak amacıyla hegzagonal olmalıdır.
- 7.**TRANSVER BAĞLANTILAR:**
  - a) Transvers rod bağlantıları hem açılabilir ve eklemli hem de tek rodlu ve clipsli olmalıdır.
  - b) Tüm transvers bağlantıların kilitleme mekanizması üstten olmalıdır.
  - c) Transvers bağlantı rodları 40-100 mm de olmalıdır.
- 8.Transpediküler vidanın tornavidaları vidalardan daha geniş olmamalıdır.
- 9.In situ rod kıvrıncılar rodu oblik olarak yakalayabilmeli
- 10.Rodu vida/çengel'e yaklaştıracak bir düzenek olmalı. Bu düzeneğin yerine yerleştirildikten sonra roda bastıran kollar çekilecek vidanın kafasının hemen yanından sıfır uzaklıkta başlamalı, 5mm' den fazla taşmamalı.
- 11.Transpediküler vidayı sıkarken L koruyucu kullanılmalı(hem uzun hemde kısa kafalı vida için)
- 12.Transpediküler vidaları yaklaştırmacı(Compressor) ve uzaklaştırmacı(Distractor) tek elle kullanmaya izin veren otomatik kilit sistemine sahip olmalıdır.
- 13.Set vidası için hem set vidasının düşmesini engelleyecek yapıda bir hassas uçlu tornavida, hemde güçlü sıkma için T şeklinde sapı olan düz uçlu tornavida bulunmalıdır.
- 14.Transpediküler vida nut'unu sıkma için 12 nevton gücünde torklu el aleti bulunmalıdır.
- 15.Multiaksiyel transvers bağlantıları sıkma için 4,5 nevton gücünde torklu el aleti bulunmalıdır.
- 16.Tüm implantların üzerinde orijinal seri no.su ve boyutları yazılı olmalıdır.
- 17.Tüm malzemeler üzerinde imalatçı firmanın marka veya amblemi bulunmalıdır
- 18.Tüm malzemeler oda sıcaklığında saklanabilmeli ve uygun konteynerlerde taşınacak ve saklanabilecek şekilde olmalıdır.
- 19.Uzun kafalı vidaların boyunlarını kırmak için bir taraftaki çıkıntıyı içine alacak dar bir alet lazımdır ve bu alet vida boyununun çentik yerine kadar vida kafasını tek taraflı olarak içine alabilmeli.
- 20.Transpediküler vidanın yolunu kontrol etmek için toplu düz pediküler rehber telinin yanı sıra açılı toplu pediküler rehber teli de olmalıdır.
- 21.Tüm malzemeler ve konteynerler sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
- 22.Sistemin tüm parçaları birbirine uyumlu ve tek marka olmalıdır.
- 23.Sistemin biyouyumluluk, biyomekanik ve dinamik testleri bulunmalıdır. İhale sırasında ibraz edilmelidir.
- 24.İmplantların CE belgesi olmalıdır. Tüm ürünler Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.

Uzm. Dr. Bekir Akif Bekir  
M. Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 95328

Uzm. Dr. Bekir Akif Bekir  
M. Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 199445

Uzm. Dr. Taner Engin  
M. Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 199445