

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
ŞANLIURFA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**SAYI : 2020/  
KONU: Teklif Mektubu**

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 414 318 60 57  
Fax : 414 318 68 14

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet KAYA  
Başhekim

<b>Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:</b>	<b>BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR</b>
<b>Ürün Markası:</b>	<b>Teklif Tarihi:</b>

Sıra	UBB	Ürün / Hizmet Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1						
<b>Genel Toplam</b>						

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazıyla

Teklif Veren Firmanın	
Adı	: Firma Yetkilisi
Adresi	:
Telefon	: Kaşe ve İmza
Fax	:
Vergi Da./No	:

Not: Teknik şartname [www.sueadh.gov.tr](http://www.sueadh.gov.tr) adresinde mevcuttur.Ana sayfa ekranından Satınalma butonuna tıklayarak ilan detaylarına ulaşabilirsiniz.



**Expirasyon Kaseti Moisture trap Parçası**  
**(Parça no : 6695105 ) (Replaces 6448190 )**

1. Moisture trap Parçası Expirasyon kaseti Siemens veya Maquet marka Servo-i ve Servo-s model ventilatör cihazının tüm versiyonlarına uyumlu olmalıdır.
2. Moisture trap Parçasının iki yanında Expirasyon kasetine takılabilmesi için tırnakları olmadı.
3. Moisture trap Parçası orijinal ambalajında olmalı.

ŞANLIURFA M. AKİF İYAN  
ÇİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Gökhan GÜNEŞ  
Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlusu