

YENİDOĞAN LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laringoskop handle ve blade'den oluşmalıdır.
2. Laringoskop'un handle ve blade'i paslanmaz çelik olup, dezenfektan solüsyonlara ve otoklava dayanıklı olmalıdır.
3. Aydınlatma sistemi fiberoptik özellikte olmalı ve xenon ampül (veya xenon gazlı halojen) ile parlak, net ışık sağlamalıdır. Ampul handle gövdesine montajlı olmalıdır. Işık yolu blade'nin ana gövdesi içine montajlı veya ana gövde üzerinde olmalıdır.
4. İki adet alkali pil ile çalışmalıdır.
5. Handle ile blade'in birleşme yeri kolay çıkarılıp, takılabilmelidir.
6. Handle ve blade hafif, kullanışlı ve sağlam olmalıdır. Handle kolay kullanım için ince olmalıdır.
7. Blade'ler görüş alanını kapatmayacak ve entübasyonu zorlaştırmayacak incelikte olmalıdır.
8. Her bir setin içinde yenidoğan hastaların entübasyonuna uygun olacak boylarda set içinde aşağıdaki işaretli olan blade'leri ve bir adet handle içermelidir.
 - Miller 00 (Düz)
 - Miller 0 (Düz)
 - Miller 1 (Düz)
9. Kutu: bladelere ve handle' lara uyumlu koruyucu kutu verilmelidir.
10. Handle ile birlikte 4'er adet yedek alkalin pil verilmelidir.
11. Cihaz en az üç yıl garantili olmalıdır.
12. Numune görülmelidir.

Uzm. Dr. Zeynep ARSLAN
SBÜ Şişli M. Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hast.
Neonatoloji Uzmanı
Tescil No: 135377