

## ENDOSKOPIK LINEER KESİCİ STAPLER KARTUŞU 60 MM – STANDART DOKU

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altı sıra titanyum zımba atma işi yapabilmelidir.
4. Endoskopik lineer kesici kartuşunun oluşturduğu zımba hattı uzunluğu 60 mm, kesi uzunluğu 57 mm olmalıdır.
5. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki kapalı zımba yüksekliği 1.5 mm olmalıdır.
6. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba eni 3mm, bacak uzunluğu 3.5mm olmalıdır.
7. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba teli çapı 0.2mm olmalıdır.
8. Endoskopik lineer kesici kartuşunda zımba teli 88 adet olmalıdır.
9. Endoskopik lineer kesici kartuşunun ameliyat esnasında karışıklığa neden olmaması için renk kodu bulunmalıdır.
10. Endoskopik lineer kesici kartuşu zımba koruma kını , zımbalar, zımba sürücüler ve kartuş gövdesi olmak üzere dört kısımdan oluşmalıdır.
11. Minimal invaziv uygulamalarda kullanılabilmesi için 12mm'lik trokar ile kullanıma uygun olmalıdır.
12. Endoskopik lineer kesici kartuşu zımbaları düzgün B formasyonu oluşturabilmesi için titanyum alaşımından üretilmiş olmalıdır.
13. Ürünün üzerinde imalatçı firma tarafında onaylı Türkçe kullanım klavuzları bulunmalıdır.
14. Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.

**Op. Dr. Fatih ASLAN**  
Ş.Urfa M. Akif İnan Eğit. ve Araşt. Hastanesi  
Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı  
Diy. Tescil No: 145544



  
**Op. Dr. Ferudun KAYA**  
Ş.Urfa M. Akif İnan Eğit. ve Araşt. Hastanesi  
Cerrahi Onkoloji Uzmanı  
Diy. Tescil No: 145544