

ISI PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen ısı probu kablosu philips intellivue marka Mx550 model hasta başı monitörde kullanıma uygun olacaktır.
2. Teklif edilen ara kablosu en az 2m uzunluğunda olacaktır.
3. Ürünler teslim edildikten sonra bozuk ve hatalı ürünler firma tarafından değiştirilecektir.
4. Ürün ölçümü doğru yapılmalıdır
5. Tüm aksesuarlar üzerinde ürün kodu, seri numarası ve üretici firma adı okunaklı bir şekilde yazılmalıdır.
6. Nakliye yüklenici firmaya aittir.
7. Ürünler en az 2 ay garantili olmalıdır.
8. Kullanıcı ve klinik mühendislik birimi tarafından numuneler değerlendirilecektir.

ŞANLIURFA M. AKİF İNAN
EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
GÖKHAN GÜNEŞ
Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlusu