

100. SEDYE ÖRTÜSÜ (TEK KULLANIMLIK)

100.1. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.

100.2. Nonwovensms kumaştan imal edilmiş olmalıdır.

100.3. Bir sedye örtüsü köşe lastikleri hariç en az 55 gr ağırlığında olmalıdır.

100.4. Muayene masa örtüsünün dört köşesi 1 cm eninde lastikli olmalıdır.

100.5. Sıvı geçirmez özellikte olmalıdır.

100.6. Ebatları 220x80 cm (± 5 cm) olmalıdır.

100.7. Ambalajı tek tek veya onarlı paketler halinde olacaktır.

100.8. Rengi beyaz veya hastanelerin istediği bir renk varsa o renkten temin edilecektir.

Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

Ş. Urfa M. Akir İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ercan BAYDAR

Acil Servis Sorumlusu