


BESLENME SONDASI 8 NUMARA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mukozayı tahriş etmeyen non-toksik PVC'den üretilmiş olmalıdır.
2. Mukozaya zarar vermemesi için kapalı distal ucu yuvarlatılmış olmalıdır.
3. Proksimal ucu, "çam ağacı" (konik konnektör) ve enjektör girişine uyumlu ve kapaklı olmalıdır.
4. Beslenme sondası boyunca radyolojik kontrolün yapılabilmesine olanak sağlayan radyoopak çizgisi olmalıdır.
5. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 40 ile 50 cm uzunlukta olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, barkodu, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir
7. Numune görülmelidir.


Serkan ÖNCEL
Yenişehir Yoğurtçukçu
Sorumlusu


Uzm. Dr. Mehmet Emin ARSLAN
SBÜ, Şifahi M. Bilim Dalı
Neonatal Yoğurtçukçu ve Ağz. Hast.
Dip. No: 128051
Dip. Tesc. No: 133377


Ebru POZUNT
Urfa Mehmet Akif Ersoy E.A. H
Yoğurtçukçu Sorumlusu