

Reusable HFO Kit Teknik Şartnamesi

1. HFO Kit Löwenstein marka Leoni Plus yenidoğan ventilatörlerinde HFO uygulamasında kullanılmasına uygun olmalıdır.
2. HFO kiti reusable (çok kullanımlık) olmalıdır.
3. HFO Kiti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır.
 - Dirsek
 - T Parça
 - 2 Adet Bağlantı Konektörü
 - Silikon Hortum
 - Bakteri Filtresi
4. HFO Kiti cihaz tarafından yapılan HFO uygulamasının verimine negatif etki yapmamalıdır. Bu konuda kullanıcı HFO Kiti için demo talep edebilecektir.
5. HFO Kiti cihazın HFO girişi ve ekspiryum girişini tek hatta çeviren bu sayede konvensiyonelden HFO'ya yada HFO'dan konvensiyonele geçiş yaparken cihazı kapatmaya veya devre değiştirmeye gerek kalmamalıdır.
6. HFO Kiti Nhfo modu yüklü olan cihazlarda bu modun kullanılmasına olanak sağlamalıdır.
7. HFO Kiti 134°C 5-10 dk veya 131°C 10-20 dk arasında buhar otoklav işlemi görebilmelidir.
8. HFO kitinin girişleri cihazla tam uyumlu olmalıdır.
9. Teklif verecek firmanın Löwenstein marka ventilatör cihazları için tek yetki belgesi mevcut olmalı ve bu belgeyi teklif ile birlikte idareye sunmalıdır.

Serkan ÖNCEL
Yenidoğan Yoğun Bakım
Uzmanı

Uzm. Dr. Zehra ARSLAN
SBU Akademi Kurumları
Neonataloژی Uzmanı
Dip. No: 128051
Dip. No: 135377

Haluk CETİNER